


Mantel- Thermoelement

HEINZ STEGMEIER
GmbH
Annastraße 27
D-78567 Fridingen
Tel. 07463/9949-0
Fax 07463/9949-20
info@hs-heizelemente.de
www.hs-heizelemente.de

HS
HEIZELEMENTE



Thermopaare: Fe-CuNi ½ DIN 43710 (L)
Fe-CuNi DIN EN 60584, Kl. 1 (J)
NiCr-Ni DIN EN 60584, Kl. 1 (K)

Fühlerspitze: Ø 1,5 mm bis Ø 3,0 mm

Mantelwerkstoff: W-Nr. 1.4541
Inconel 2.4816

Einbautiefe: nach Vorgabe

Messstelle: vom Mantel isoliert

Mantelisolation: MgO

Prüfspannung: 100 V DC

Betriebstemperatur: Messspitze bis 800°C
Übergangsstück bis 200°C

Thermoleitung: Adern mit Glasseide umlegt und spezialimprägniert
Panzergeflecht aus weichverzinkten Eisendrähten